SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG **TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LA GI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 840 /TTYT-KD	*La Gi, ngày 11 tháng 9 năm 2025*

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Công văn số 1316/SYT-KHTC ngày 08/9/2025 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc lập hồ sơ đề xuất nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa từ nguồn ngân sách nhà nước cấp 2026;

Trung tâm Y tế khu vực La Gi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán kinh phí, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực La Gi

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu

Chức vụ: Phó trưởng khoa Xét nghiệm - Dược - Vật tư, thiết bị y tế

ĐT: 0943749338

Email: *khoaduocttytlg@gmail.com*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:...

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Xét nghiệm - Dược - Vật tư, thiết bị y tế, Trung tâm Y tế khu vực La Gi

- Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Văn Trỗi, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng

- Nhận qua email: *khoaduocttytlg@gmail.com*

- Nhận qua Fax: không

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước 15h 00 ngày 15 tháng 9 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy siêu âm tổng quát	Mô tả cụ thể tại phụ lục đính kèm	01	Máy

Scanned with CamScanner

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: **Trung tâm Y tế khu vực La Gi**; 85 Nguyễn Văn Trỗi, Phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế theo quy chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- *Bảng giá: Mẫu số 01;*
- *Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Mẫu số 02;*
- *Tài liệu kỹ thuật có liên quan: 02 bản in, 02 bản catalog và 01 bản mềm lưu trong USB*

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 1 lần

6. Các thông tin khác (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận :
- Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế khu vực La Gi; https://trungtamytelagi.vn/
- *Lưu VT, KT, Dược.*

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LA GI

Nguyễn Bá Hiền

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC YÊU CẦU KỸ THUẬT
MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 240/TTYT-KD ngày 11 /9/2025 của Trung tâm Y tế khu vực La Gi)

Yêu cầu về kỹ thuật

1.1.1. Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2024 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương dương.
- Xuất xứ máy chính thuộc một trong các quốc gia nhóm G7 hoặc liên minh Châu Âu hoặc OECD.
- Điện áp 220-240V, 50Hz.
- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:
  + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C
  + Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75%

1.1.2. Yêu cầu về cấu hình

- Máy chính: 01 cái
- Màn hình hiển thị: 01 cái
- Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái
- Đầu dò Convex: 01 cái
- Đầu dò Linear: 01 cái
- Đầu dò Phụ khoa: 01 cái
- Đầu dò khối 3D, 4D: 01 cái
- Các phụ kiện, thiết bị phụ trợ kèm theo:
  + Bộ móc treo đầu dò: 01 bộ
  + Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái
  + Máy in laser màu: 01 cái
  + Bộ máy tính: 01 bộ
  + Bộ lưu điện UPS online: 01 cái
  + Dây nguồn: 01 cái
- Phần mềm tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương): 01 bộ
  + Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh.
  + Phần mềm tạo ảnh hài hòa mô.
  + Phần mềm tạo ảnh thích ứng, giảm nhiễu lốm đốm, giảm nhiễu trường gần.
  + Phần mềm tạo ảnh phức hợp không gian.
  + Phần mềm 4D cho phép điều chỉnh hướng sáng cho hình ảnh 3D/4D chân thực.
- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ

Scanned with CamScanner

1.1.3. Chỉ tiêu kỹ thuật

- Kênh xử lý: ≥ 500.000
- Dãy động hệ thống: ≥ 256 dB
- Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 38 cm
- Tốc độ khung hình: ≥ 600 hình/ giây.
- Màn hình hiển thị: ≥ 21 inch, độ phân giải Full HD, xoay nhiều hướng khác nhau.
- Màn hình điều khiển: cảm ứng ≥ 10 inch.
- Số cổng kết nối đầu dò: ≥ 4.
- Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 500 Gb.
- Cổng kết nối: USB, Video, Audio.
- Lưu trữ thông qua hệ thống mạng bệnh viện theo tiêu chuẩn DICOM.

Đầu dò Covex:

- Trường nhìn: ≥ 50 độ.
- Số lượng chấn tử: ≥ 160.

Đầu dò Linear:

- Trường nhìn: ≥ 38 mm.
- Số lượng chấn tử: ≥ 192.

Đầu dò phụ khoa:

- Trường nhìn: ≥ 140 độ.
- Số lượng chấn tử: ≥ 128.

Đầu dò khối 3D/4D:

- Trường nhìn: ≥ 77 độ.
- Số lượng chấn tử: ≥ 128.

Chế độ hoạt động:

- B Mode.
- M Mode.
- Doppler màu.
- Doppler phổ.
- Doppler năng lượng.
- 3D/4D Mode.

Chế độ hiển thị hình ảnh:

- Mode màn hình đơn/ chia đôi màn hình/ chia 4 màn hình.
- Mode chia đôi động.
- Mode triplex theo thời gian thực (chạy đồng thời).
- Mode duplex.
- Ảnh hình thang (đầu dò linear).

Scanned with CamScanner

- Phóng ảnh.

Ứng dụng siêu âm, tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):

- Siêu âm bụng.
- Phụ khoa.
- Cơ xương.
- Sản khoa.
- Nhi khoa.
- Siêu âm các cơ quan nhỏ.
- Niệu khoa.
- Siêu âm mạch máu.

Chương trình cài đặt trước:

- Ổ bụng.
- Các bộ phận phụ của tử cung.
- Động mạch chủ.
- Cung động mạch chủ.
- Động mạch và tĩnh mạch.
- Bàng quang.
- Ruột.
- Tuyến vú và tuyến giáp.
- Động mạch cảnh.
- Bộ phận nông.
- Tổng quát.
- Độ mờ da gáy.
- Tuyến tiền liệt.
- Thận.
- Cột sống.
- Tinh hoàn.
- Doppler xuyên sọ.
- Tử cung.
- 3 tháng đầu, giữa, cuối thai kì.

Bộ máy vi tính

- Tốc độ vi xử lý ≥ 2.0 GHz
- RAM: ≥ 8 GB
- Ổ cứng SSD: ≥ 500 GB
- Màn hình ≥ 19 inch

1.1.4. Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 240 /TTYT - KD ngày 11 tháng 9 năm 2025)

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

BÁO GIÁ[1]

Kính gửi: ***Trung tâm Y tế khu vực La Gi***

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ***Trung tâm Y tế khu vực La Gi***, chúng tôi…. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….

Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

STT	STT theo thư chào giá	Danh mục trang thiết bị y tế[2]	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model, [3]	Hãng sản xuất	Mã HS[4]	Năm sản xuất [5]	Xuất xứ [6]	Đơn vị tính	Số lượng [7]	Đơn giá[8] (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan[9] (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) [10]	Thành tiền[11] (VND)
1		Hàng hóa A												
2		Hàng hóa B												
n		…												

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày .....tháng ...năm ..... ;
3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: ***Trung tâm Y tế khu vực La Gi;*** *85 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận.*
4. Thời gian giao hàng dự kiến: giao hàng 01 lần ≤ 10 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Trung tâm Y tế thị xã La Gi
5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ
- Thanh toán: theo số lượng giao hàng thực tế tại Đơn vị trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.
6. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Scanned with CamScanner

Mẫu số 02

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo báo giá ngày ….)

Tên công ty:

STT	STT theo Thư mời chào giá	Danh mục trang thiết bị y tế (2)	Yêu cầu mời chào giá	Đáp ứng chào giá			Tài liệu tham chiếu (2)
				Ký, Mã hiệu	Hãng, nước SX	Thông số kỹ thuật (1)	
1		Hàng hóa A	……..				
2		Hàng hóa B	……..				
	…..	…..	……..				

(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá

(2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng hoặc bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá

Scanned with CamScanner